

# ICO150medT6

Cod. 23.A002.46

Modulo T6 PER ICO150med



## Descrizione

Modulo T6: controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O<sub>2</sub> con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

## Dati Tecnici