

# ICO240medT6

Cod. 23.A003.77

Modulo T6 PER ICO240med



## Descrizione

Modulo T6: controllo della concentrazione di ossigeno all'interno della camera mediante l'ingresso di azoto, campo di impostazione da 1÷20% di O<sub>2</sub> con impostazione in passi di 0,1% (richiede modulo K7).

## Dati Tecnici