VETROTECNICA

INDICATORI CHIMICI

Cod. 10.4430.50



CROSS-CHECKS L indicatore multiparametrico per il monitoraggio a vapore confezione 250 pezzi

Descrizione

Cross –Checks L
Indicatore multiparametrico di sterilizzazione per controllare processi di sterilizzazione a vapore da 121 a 134°C. Quando i parametri di sterilizzazione (tempo-temperatura)vengono raggiunti.la banda di verifica sulla striscia vira da bianco a nero.

Dati caratteristici :
9.5 minuti a 121°C
3.5 minuti a 132°C
3 minuti a 134°C
Eccellente stabilità dell’indicatore prima e dopo la sterilizzazione
Classificazione : ISO 11140-1 classe 4

Confezione : 1 busta da 250 strisce

Dati Tecnici

Dimensioni (LxL mm)	21x233

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566