VETROTECNICA



SOLUZIONE DI CONTROLLO REDOX - HANNA INSTRUMENTS

Cod. 08.3843.83

SOLUZIONE DI TEST ORP A 470 MV, FLACONE DA 500 ML

Descrizione

Soluzione di test per la verifica di strumenti di misura di potenziale redox.

Dati Tecnici

ORP	+470 mV
Confezione	flacone da 500 ml

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566