



APPARECCHIO FILTRANTE IN VETRO PER HPLC

Cod. 05.8100.00

Apparecchio filtrante in vetro ml 300 per HPLC

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Per filtrazione sotto vuoto per HPLC.
- Costruiti in vetro borosilicato 3.3, resistente al calore e a più o meno tutti i reagenti chimici.
- Particolarmente adatto per analisi di residui microscopici, controllo di particelle, filtrazione di soluzioni alcaline e aggressive e soluzioni tampone per HPLC.
- Supporto per le membrane costituito da un disco di vetro borosilicato 3.3.
- Utilizzabile con membrane diametro 47, 50 mm.
- Autoclavabile a 121° C e 1,1 bar per 30 min.

L'apparato è costituito da:

- Imbuto per filtrazione da 300 ml.
- Base di supporto con disco in vetro sinterizzato.
- Connettore per il vuoto e pinza in metallo.
- Beuta da vuoto da 1000 ml.

Dati Tecnici

Capacità (ml)

300

Accessori/Correlati

| | |
|-------------------|--|
| 05.8288.99 | BASE Base ad imbuto in vetro sinterizzato CN 40/38 F e presa per vuoto. |
| 05.8155.00 | BICCHIERE Bicchieri in vetro da 300 ml, per apparato di filtrazione in vetro e rampa in acciaio inox |
| 04.5730.00 | PINZA Pinza in alluminio anodizzato per filtri a membrana diametro di 47 mm. |
| 23.8583.99 | BEUTA Beuta da 1000 ml, CN 40/38 maschio. |
