

PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE

Cod. 01.1885.11

Pipetta graduata graduazione marrone ml 5 divisione 1/10 certificate DE-M



Descrizione

Pipette graduate con spazio morto, zero in alto, vetro incolore, graduazione indelebile colore marrone in *classe AS con certificazione di conformità DE-M*.

Le pipette tarate e graduate sono denominate anche "*per versare*" e sono contrassegnate dalla sigla "AS" che significa, secondo accordo internazionale

A : che lo strumento è adatto per il marchio di conformità di classe A

S : indica i tempi di scolamento veloce, pur garantendo le tolleranze prescritte

Dati Tecnici

| | |
|----------------|------|
| Capacità (ml) | 5 |
| Divisione (ml) | 1/10 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| 01.1880.04 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 0,5 | 1/100 |
| 01.1880.05 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 1 | 1/100 |
| 01.1885.11 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 5 | 1/10 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|----|------|
| 01.1885.17 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 10 | 1/10 |
| 01.1885.27 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 20 | 1/10 |
| 01.1885.32 | PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE | 25 | 1/10 |
