VETROTECNICA

PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE



Cod. 01.1885.17

Pipetta graduata graduazione marrone ml 10 divisione 1/10 certificate DE-M

Descrizione

Pipette graduate con spazio morto, zero in alto, vetro incolore, graduazione indelebile colore marrone in *classe AS con certificazione di conformità DE-M.*

Le pipette tarate e graduate sono denominate anche *"per versare"* e sono contrassegnate dalla sigla "AS" che significa, secondo accordo internazionale

A : che lo strumento è adatto per il marchio di conformità di classe A

S : indica i tempi di scolamento veloce, pur garantendo le tolleranze prescritte

Dati Tecnici

Capacità (ml)	10
Divisione (ml)	1/10

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Divisione (ml)
01.1880.04	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	0,5	1/100
01.1880.05	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	1	1/100
01.1885.11	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	5	1/10

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

01.1885.17	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	10	1/10
01.1885.27	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	20	1/10
01.1885.32	PIPETTA SCOLAMENTO PARZIALE	25	1/10

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566